

Assunto: RES: Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PE 006/2024

De: "Jocimara Motta" <gerencia.enfermagem@fusam.com.br>

Data: 22/03/2024, 15:41

Para: "Kelly Loren" <licitacoes@fusam.com.br>

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00000000

X-Account-Key: account1

X-UIDL: 00007a935ccdead6

Return-Path: <gerencia.enfermagem@fusam.com.br>

Delivered-To: licitacoes@fusam.dominiotemporario.com

Received: from director-prod-uolhost-4 ([10.81.8.104]) by backend-c6id-prod-uolhost-27 with LMTP id KGwfH9zS/WX50gAAmkMCVw (envelope-from <gerencia.enfermagem@fusam.com.br>)

Received: from a2-sodoma8-1 ([10.81.8.148]) by director-prod-uolhost-4 with LMTP id mJefF9zS/WUKZwAARyoKLQ (envelope-from <gerencia.enfermagem@fusam.com.br>)

Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=200.147.32.42; helo=smtp.uhserver.com; envelope-from=gerencia.enfermagem@fusam.com.br; receiver=<U...

Received: from smtp.uhserver.com (a2-smithers2.uhserver.com [200.147.32.42]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (Client C...

Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by a2-smithers2.uhserver.com (Postfix) with ESMTP id 8717CC00030B for <licitacoes@fusam.com.br>; Fri, 22 Mar 2024 15:41:41 -0300

Received: from GERENCIAASSISTIPC (unknown [200.123.235.162]) (Authenticated sender: gerencia.enfermagem@fusam.com.br) by a2-smithers2.uhserver.com (Postfix) with ESMTP id 8717CC00030B for <licitacoes@fusam.com.br>; Fri, 22 Mar 2024 15:41:41 -0300

Referências: <CAAr1pQq38Ymi+2trtrgruksPY0==B38Tnw2BuMZ=eCc6+tDLxXQ@mail.gmail.com> <5b556036-60c9-4c63-b151-b828efb61955@fusam.com.br>

In-Reply-To: <5b556036-60c9-4c63-b151-b828efb61955@fusam.com.br>

Identificador de mensagem: <000601da7c88\$7cd548c0\$767fda40\$@enfermagem@fusam.com.br>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/related; boundary="-----_NextPart_000_0007_01DA7C6F.578810C0"

X-Mailer: Microsoft Office Outlook 12.0

Thread-Index: Adp8dsq5q9+uZHOFQppP2CHB2mRV4AAEaesw

Content-Language: pt-br

X-Antivirus: Avast (VPS 240322-2, 22/03/2024), Outbound message

X-Antivirus-Status: Clean

X-VADE-SPAMSTATE: clean

X-VADE-SPAMSCORE: 0

X-VADE-SPAMCAUSE: ggggruggvucftvghtrrhhoucdtuddrgedvledruddtvddgheegucetufdoteggodetrfdotffvucfrrhohfhhilhgvmecufgqnfdrffftqfducpucfqufgvfnecuegrihhlohhuthuuhuh

X-SIG5: c8abf16029668dbca89e6713ae91e207

X-VADE-SPAMSTATE: clean

X-VADE-SPAMSCORE: 0

X-VADE-SPAMCAUSE: ggggruggvucftvghtrrhhoucdtuddrgedvledruddtvddgheegucetufdoteggodetrfdotffvucfrrhohfhhilhgvmecufgqnfdrffftqfenuceurghilhhouhhtmecufedtuuhuh

Prezada senhora, Boa tarde!

Venho através deste, prestar esclarecimentos acerca dos itens 38-39-40-89-90-91 e 121 do PE 006/2024, que acontecerá no dia 01/04.

Informo que, conforme identificado pela empresa SOMA, as medidas do balão foram erroneamente informadas no processo, pois os balões em catéteres auto-fixantes têm volumes diferentes, de 2,5 a 5ml em balões para utilização em crianças e de 10 a 30 ml em balões utilizados em adultos. Sendo assim, defiro o seguimento do certame com o balão de 15 a 30ml.

Certa de que serei atendida.

Atenciosamente,

Jocimara Motta

Gerência Assistencial

FUSAM - Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava

TEL. (12) 3654.8800 - ramal 8831

gerencia.enfermagem@fusam.com.br

De: Kelly Loren [mailto:licitacoes@fusam.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2024 13:33

Para: farmaceuticos@fusam.com.br; Jocimara; coordenacaoassistencialfusam@gmail.com

Cc: Karine - Ger. ADM; Julio - Coord. Suprimentos

Assunto: Fwd: Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PE 006/2024

Á Farmacêutica/Diretoria Assistencial e Coordenação Assistencial

Prezadas Senhoras, boa tarde!

Segue abaixo Solicitação de esclarecimento acerca dos itens 38 - 39 - 40 - 89 - 90 - 91 - 121 do PE 006/2024 - Aquisição de Material Hospitalar I que tem data prevista para ocorrer em 01/04 a partir das 09h30.

Deste modo, solicito o retorno deste com a máxima brevidade a fim de que seja esclarecido e/ou solucionada a pendência para que não cause maiores transtornos na aquisição e no andamento do certame em tela.

Certa de que serei atendida

Atenciosamente.

----- Mensagem encaminhada -----

From:licitacao3.sp Soma SP Hospitalar <licitacao3.sp@somahospitalar.com.br>

Date:Fri, 22 Mar 2024 13:22:41 -0300

Subject:Fwd: Solicitação de Esclarecimento - PE 006/2024

To:licitacoes@fusam.com.br

Prezados bom dia,

Venho por meio deste solicitar esclarecimento com relação ao PE 006/2024, itens abaixo:

Item 38 - 39 - 40 - 89 - 90 - 91 - 121

Sonda Foley 2 vias - o mesmo pede balão de 5CC mas essas medidas tratam-se de tamanhos adultos com balão de 15 a 30CC, podemos seguir com o balão de 15 a 30CC

No aguardo,



Tatiane Marques

Assistente Adm. Licitações

(11) 4122-9800

licitacao3.sp

licitacao3.sp@somahospitalar.com.br

Política da Qualidade

Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.



--



Kelly Loren

Coordenadora de Licitações

Presidente da CPL/Pregoeira

licitacoes@fusam.com.br

Tel.: (12) 3654-8800

Ramal-8803

www.fusam.com.br



"Não basta adquirir sabedoria; é preciso, além disso, saber utilizá-la. Há ocasiões em que o mais sábio é calar-se e observar atentamente."



Livre de vírus. www.avast.com.